

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SMS - SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO I

Item	Un.	Qtde.	Especificação do Serviço
01	und	06	Desmineralizador com filtro absoluto com as seguintes especificações:
			Vasão de 8 litros por hora;
			Dimensões: 41 cm x 53 cm x 20 cm
			Peso: 7 Kg
			Sistema DE equipado com um filtro absoluto para retenção de finos e dos
			microrganismos que geralmente são desenvolvidos na coluna de resina.
			Comprimento nominal do cartucho de 10", com a superfície levemente plissada, o
			que lhe confere uma grande área de filtração com baixa perda de carga. Fabricado
			100% em polipropileno virgem, tem capacidade de retenção absoluta de 0,2
			mícron com eficiência de 99,98% (Beta 5000).